



ن.س	میکروب شناسی	بلی	خیر	اقدام اصلاحی
۱	آیا دستورالعمل انجام آزمایشات (SOP) و دستورالعمل کنترل کیفیت در آزمایشگاه موجود است؟			
۲	آیا کنترل کیفی و کالیبراسیون لوپ انجام شده است؟ (ضریب لوپ چقدر است)؟ (۰/۵)			
۳	آیا محیطهای لازم، معرفها و دیسک های تشخیصی در آزمایشگاه موجود بوده و مورد استفاده قرار میگیرد؟			
۴	آیا از خون گوسفندی جهت ساخت محیط Blood Agar استفاده می شود؟			
۵	محیط XLD جهت کشت مدفوع در آزمایشگاه موجود است؟			
۶	آیا استاندارد نیم مکف فارلند در آزمایشگاه موجود بوده و مورد استفاده قرار میگیرد؟ (۰/۵)			
۷	آیا کنترل کیفی محیط های کشت انجام شده است؟ (مولر و غیره) (۱)			
۸	آیا کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام انجام شده است؟ (۱)			
۹	آیا کنترل کیفی رنگ گرم انجام شده و لام مربوطه بایگانی می شود؟ (۰/۵)			
۱۰	آیا نتایج حاصل از خوانش محیط های افتراقی ثبت می شود؟			
۱۱	آیا از دیسک های آنتی بیوگرام مناسب با توجه به نوع نمونه و باکتری جدا شده استفاده می شود؟			
۱۲	آیا از جدول NCCLS (CLSI) برای تفسیر زون حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده می شود؟			
۱۳	آیا سوابق استریلیزاسیون فور و اتوکلاو موجود است. (اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیک)؟ (۰/۵)			